

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NR 129/2015/4.8**Komora laminarna Biohazard klasy II o szerokości roboczej 150 cm.**

- sprzęt fabrycznie nowy
- powierzchnia robocza wykonana ze stali kwasoodpornej (blat dzielony z możliwością łatwego demontażu)
- niska głośność (<50dB(A)) w trybie pracy
- oświetlenie co najmniej 800 lux
- pochylona szyba przednia (7-10 stopni) dwu- lub wielowarstwowa, ze szkła hartowanego; unoszona/opuszczana elektrycznie; możliwość łatwego czyszczenia (podnoszenie na teleskopach gazowych co najmniej do poziomu, w celu całkowitego otwarcia panelu przedniego); silikonowa uszczelka umożliwiająca szczelne zamknięcie komory
- bezcieniowa lampa UV (wbudowana) z programatorem czasu pracy regulowanym w zakresie przynajmniej od 0 do 24 godzin; blokada innych funkcji przy włączonej lampie UV
- 4 gniazda elektryczne, rozmieszczone po 2 w bocznych ścianach urządzenia lub na tylnej ścianie
- zawór gazu
- zawór próżniowy
- poziomowany stelaż (powierzchnia robocza na wysokości 80-85 cm lub z możliwością regulacji)
- panel sterowania umiejscowiony tuż nad szybą (umożliwiający odczyt parametrów pracy i obsługę komory z pozycji siedzącej)
- alarm niewłaściwej pracy urządzenia/zużycia filtrów
- wyświetlacz pokazujący podstawowe parametry pracy urządzenia
- wskaźnik zużycia filtrów
- dwa wentylatory główne (w przypadku awarii jednego, drugi powinien utrzymać odpowiednie podciśnienie do chwili wyłączenia komory)
- filtry wlotowy i wylotowy HEPA H14 (99.995% MPPS/99,999% DOP)
- automatyczna kompensacja pracy wentylatorów w miarę zużycia filtrów
- funkcja „standby” umożliwiająca oszczędność energii (czuwanie urządzenia)
- funkcja opóźnionego startu (możliwość zaprogramowania czasu automatycznego uruchomienia komory)
- zgodność z normą EN-12469:2000 (należy dołączyć kopię certyfikatu)
- gwarancja co najmniej 24 miesiące
- do ofert należy dołączyć szczegółowy opis w języku polskim, materiały informacyjne Producenta w języku polskim lub angielskim, kopię certyfikatu zgodności CE oraz kopię dokumentu wystawionego przez Producenta potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu.