



Łódź, dnia 19.10.2016

**Dotyczy: postępowania nr 683/2016 – dostawa pompy próżniowej olejowej, hybrydowej**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:**

1. Czy Zamawiający dopuści pompę próżniową z przyłączem wlotowym KF DN 16 ale bez adaptera NW25/BSP3/4''?

Odp. Tak, jeśli zachowana jest funkcja.

2. Czy Zamawiający dopuści pompę próżniową z króćcem na wąż fi wew. 8-10 mm (2 szt.)?

Odp. Tak

**DYREKTOR**  
Instytutu Biologii Medycznej  
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr/hab. Jarosław Dziadek  
(1)

