



93-232 Łódź
ul. Lodowa 106

tel.: 042 2723633
fax.: 042 2723630

NIP: 982-03-52-085
REGON: 100492431

Zaopatrzenie
tel.: 042 2723600

Łódź, dnia 23.11.2016

Dotyczy: postępowania nr 782/2016 – dostawa pompy próżniowej olejowej, hybrydowej


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

1. Czy Zamawiający dopuści pompę próżniową bez możliwości wyboru trybu pracy? Zaoferowana pompa pracuje z maksymalną wydajnością oraz przy możliwie maksymalnym poziomie próżni.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga możliwości wyboru trybu pracy.

2. Czy Zamawiający dopuści pompę próżniową z poziomem hałasu wynoszącym 52 dB?

Odp. Nie. Zamawiający dopuszcza maksymalny poziom hałasu 48 dB.


DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
(1)