

**Załącznik do zaproszenia nr 906/2017**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przystawka do pomiaru fluorescencji do spektrofotometru UV/Vis DeNovix DS 11+ do pomiarów DNA/RNA i białek w mikroobjętości**

**Wymagane cechy urządzenia:**

1. Urządzenie musi być kompatybilne ze spektrofotometrem UV/Vis DeNovix DS 11+ do pomiarów DNA/RNA i białek w mikroobjętości.
2. Urządzenie umożliwia pomiar od 0,5 pikogramów/ $\mu$ l dsDNA.
3. Urządzenie posiada co najmniej trzy źródła światła LED (niebieski LED ok. 470 nm, zielony LED ok 525nm, czerwony LED ok 636nm, UV LED ok. 375 nm).
4. Przystawka musi umożliwiać pracę nie tylko z odczytnikami producenta spektrofotometru.

Warunki dodatkowe:

Okres gwarancji: min. 24 miesiące

Czas reakcji serwisu 48 godz.

Czas naprawy w przypadku sprowadzenia części z zagranicy 14 dni roboczych