


Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 302/2019

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z wysokością punktu obserwacyjnego regulowaną w zakresie 406-471mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu z wysokością punktu obserwacyjnego regulowaną w zakresie 406-471mm. **W tym zakresie Zamawiający modyfikuje zapytanie ofertowe.**

DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk


Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
(1)