

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW CZ. 2

**W zawiązku z ukazaniem się odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania do postępowania prosimy o odpowiedź na dodatkowe pytania związane z umieszczonym na stronie dokumentem.**

### 1. Dotyczy Pytania Nr 1

Prosimy o zwrócenie uwagi Zamawiającego, że tak zadane pytanie powoduje niejednoznaczność związaną z wymaganiami dołączenia do oferty raportu z testów typu.

W SIWZ wraz z wymaganiami Certyfikatu zgodności z normą EN 14175- część 2,3 i 6 znajduje się wymóg dołączenia do oferty raportu z testów typu.

Może to skutkować pozbawieniem Zamawiającego znacznie ważniejszego dokumentu niż sam certyfikat, który potwierdza, jakość oferowanych dygestoriów.

Raport z testu typu jest szczegółowym raportem z przeprowadzonych badań potwierdzających bezpieczną pracę pod dygestoriami, certyfikat stanowi jedynie potwierdzenie zgodności z normą.

Aby otrzymać certyfikat trzeba wykonać testy, w związku z tym producent posiadający certyfikat zgodności powinien również posiadać raport z testów typu.

Zatem prosimy o potwierdzenie podtrzymania wymagania dołączenia do oferty raportu z testów typu dygestoriów zgodnie z normą EN 14175 część 3

## ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wymagania dołączenia do oferty raportu z testów typu dygestoriów zgodnie z normą EN 14175 część 3 z uzupełnieniem, że wymóg ten nie jest bezwzględny o ile oferent zapewnia zgodność z obowiązującymi dyrektywami, dołączenie raportu jest jednak dopuszczalne i pożądane.

### 2. Dotyczy Pytania Nr 2,3 i 4

Prosimy o zwrócenie uwagi Zamawiającego, że norma EN 14 727, którą inny producent uznał za równoważną do norm EN 16121 i EN 16122 została wycofana w dniu 26.06.2018 r.

Producent mebli powinien być na bieżąco z aktualnymi wymaganiami w branży.

Zatem prosimy o podtrzymanie zapisów SIWZ dotyczących wymagań certyfikatów zgodności z normami EN 13150, EN 16121, EN 16122

Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ dotyczący wymagań certyfikatów zgodności z normami EN 13150, EN 16121, EN 16122 z uzupełnieniem, że dopuszcza również inne, aktualnie obowiązujące certyfikaty o ile są one równoważne merytorycznie z normami EN 13150, EN 16121, EN 16122.