



Łódź, dnia 28.03.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu udzielanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę Zamrażarki niskotemperaturowej -86°C dla INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość (cm): 75 x 89 x 199 cm ?

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość (cm): 75 x 89 x 199 cm.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys. cm) : 45 x 62,5 x 127,5 ?

Zamawiający wymaga aby minimalna szerokość wewnętrzna wynosiła 480 mm. Niestety węższe wnętrze utrudni nam ustawienie posiadanych przez nas stelaży wewnętrznych.

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z obudową z blachy stalowej malowanej na kolor biały (odporna na rdzę i korozję) na zewnątrz oraz wewnątrz ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 ?

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z obudową z blachy stalowej malowanej na kolor biały (odporna na rdzę i korozję) na zewnątrz oraz wewnątrz ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304.

4. Czy Zamawiający dopuści kolorowy wyświetlacz dotykowy 7”?

Zamawiający dopuszcza kolorowy wyświetlacz dotykowy 7”.

5. Czy Zamawiający dopuści panel kontrolny zlokalizowany na drzwiach urządzenia?

Zamawiający wymaga aby panel kontrolny umiejscowiony był poza drzwiami zamrażarki. Panel kontrolny umiejscowiony na drzwiach urządzenia utrudni podgląd parametrów w trakcie załadunku/rozładunku komory.



6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji zliczania czasu pracy komponentów zużywalnych i rekomendowania ich wymiany w zakresie wymaganym przez Zamawiającego ?

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję zliczania czasu pracy komponentów zużywalnych i rekomendowania ich wymiany ponieważ ułatwi to utrzymanie sprawności urządzenia.

7. Czy Zamawiający dopuści jeden port kablowy o średnicy 15 mm?

Zamawiający wymaga aby zamrażarka była wyposażona w 3 porty dostępu, jeden port do zewnętrznego czujnika temperatury, jeden port do dyszy systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury back-up, jeden port do czujnika temperatury systemu back-up.

8. Czy Zamawiający dopuści wagę netto 270 kg ?

Zamawiający dopuszcza wagę netto 270 kg.

9. Czy Zamawiający dopuści dobowe zużycie energii wynoszące 7,5 kWh ?

Ze względów ekonomicznych Zamawiający wymaga aby dobowe zużycie energii nie przekraczało 6 kWh.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy ?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy.

11. Czy Zamawiający dopuści pojemność użytkowa komory 398 litrów?

Zamawiający dopuszcza pojemność użytkową komory 398 litrów.

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach:

Szerokość: 785mm,

głębokość: 1041mm,

wysokość: 1947mm

Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych powyżej wymiarach zewnętrznych.

13. Czy Zamawiający dopuści szerokość: 440mm

Zamawiający wymaga aby minimalna szerokość wewnętrzna wynosiła 480 mm. Węższe wnętrze utrudni nam ustawienie posiadanych przez nas stelaży wewnętrznych.



14. Czy Zamawiający dopuści wewnątrz ze stali nierdzewnej ?

Zamawiający dopuszcza wewnątrz ze stali nierdzewnej.

15. Czy Zamawiający dopuści drzwi wewnętrzne demontowane za pomocą śrubokręta (dołączony do dostawy)?

Zamawiający dopuszcza drzwi wewnętrzne demontowane za pomocą śrubokręta (dołączony do dostawy).

16. Czy Zamawiający dopuści dwa niezależne układy chłodzenia z dwoma kompresorami?

Zamawiający wymaga dwukompresorowego kaskadowego układu chłodzenia który zapewnia znacznie niższe zużycie energii elektrycznej od systemów z dwoma niezależnymi układami chłodzenia.

17. Czy Zamawiający dopuści panel kontrolny umiejscowiony na drzwiach zewnętrznych urządzenia ?

Zamawiający wymaga aby panel kontrolny umiejscowiony był poza drzwiami zamrażarki. Panel kontrolny umiejscowiony na drzwiach urządzenia utrudni podgląd parametrów w trakcie załadunku/rozładunku komory.

18. Czy Zamawiający dopuści fabrycznie wykonane 2 porty kablowe o średnicy 25mm?

Zamawiający wymaga aby zamrażarka była wyposażona w 3 porty dostępu, jeden port do zewnętrznego czujnika temperatury, jeden port do dyszy systemu awaryjnego podtrzymywania temperatury back-up, jeden port do czujnika temperatury systemu back-up.

19. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zużyciem energii max. do 9,2 kWh/doba ?

Ze względów ekonomicznych Zamawiający wymaga aby dobowe zużycie energii nie przekraczało 6 kWh.

DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk


Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
(2)