

Łódź, dnia 7 grudnia 2012 r.

Odpowiedzi na pytania do Zamawiającego

Dotyczy postępowania: „Na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej”

Numer postępowania: ZP 02/61/2012

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oferentów:

Pytania - zestaw nr 1:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności komory wynoszącej 500 l ?. Jeżeli nie proszę o wyjaśnienie.
2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności komory wynoszącej 322 l ?
3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności komory wynoszącej 340 l ?
4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z komorą zamrażarki podzieloną na trzy niezależnie zamykane sekcje zamykane trzema niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi?
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z komorą zamrażarki podzieloną na cztery niezależnie zamykane sekcje zamykane czterema niezależnymi drzwiczkami wewnętrznymi?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki z drzwiami zewnętrznymi zamykanymi na klucz, bez możliwości wyciągnięcia wkładki zamka?
7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o maksymalnym poborze mocy wynoszącym 21,5 kWh/24h?
8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o maksymalnym poborze mocy 16,2 Kw/24h?
9. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o maksymalnym poborze mocy wynoszącym 22 kWh/24h?
10. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki z programatorem (sterownikiem) zabezpieczonym za pomocą wciśnięcia odpowiedniej kombinacji klawiszy na panelu sterowania w miejsce zabezpieczenia hasłem?
11. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z wyświetlaczem temperatury i alarmów umieszczonym na drzwiach zewnętrznych zamrażarki, powyżej połowy wysokości zamrażarki - na wysokości ok. 120 cm od podstawy zamrażarki? Proponowana wysokość umieszczenia panelu sterowania i wyświetlacza pozwala na dogodny dostęp do panelu sterowania oraz umożliwia łatwy odczyt parametrów z dalszej odległości. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o uzasadnienie dlaczego.
12. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z autodiagnostyką z wyświetlaniem komunikatów tekstowych w miejsce kodów błędów?
13. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z wyświetlaczem alarmów i temperatury typu LCD? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o uzasadnienie dlaczego?
14. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej bez dodatkowego zabezpieczenia wyłącznika sieciowego i wyłącznika alarmów przed nieautoryzowanym dostępem?



15. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki wyposażonej w jeden port dostępu o średnicy ok. 20 mm?
16. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, w której konieczność wyczyszczenia filtra jest sygnalizowana w sposób pośredni poprzez alarm temperaturowy skraplacza zamrażarki? Wzrost temperatury skraplacza jest najczęściej spowodowany zanieczyszczeniem filtra. Jeżeli nie proszę o uzasadnienie
17. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zamrażarki niskotemperaturowej, w której błędy/ alarmy są sygnalizowane świeceniem oznaczonej diody? Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności sprawdzania znaczenia kodów błędów sygnalizujących daną awarię? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.
18. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od podpisania umowy?
19. Czy Zamawiający zgodzi się na załączenie do oferty przetargowej folderu informacyjnego przygotowanych przez autoryzowanego dystrybutora oferowanej aparatury, potwierdzających parametry techniczne oferowanego sprzętu, w miejsce oryginalnego folderu producenta, z uwagi na fakt, że materiały producenta jako materiały reklamowe mogą nie zawierać wszystkich niezbędnych szczegółów dot. wykonania czy też funkcjonalności urządzeń?
20. Czy Zamawiający zgodzi na dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim z dostawą urządzenia zamiast jej dołączania do oferty przetargowej z uwagi na fakt, że jest to obszerny dokument?
21. Czy Zamawiający zgodzi się na załączenie do oferty przetargowej kopii oświadczenia wydanego przez producenta oferowanego urządzenia (potwierzonego „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę), które potwierdzi wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowej parametry techniczne zamrażarki niskotemperaturowej (w miejsce wymaganego obecnie oryginalnego folderu producenta)? Informuję, że oryginalne foldery producenta, jako materiały reklamowe mogą nie zawierać wszystkich niezbędnych parametrów technicznym szczegółów dot. wykonania czy też funkcjonalności urządzeń.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania z zestawu nr 1:

1. Nie, ponieważ potrzebujemy właśnie takiej objętości zamrażarki.
2. Nie.
3. Nie.
4. Nie, gdyż ze względu na organizację pracy potrzebujemy podziału komory na 5 niezależnych sekcji.
5. Nie, gdyż ze względu na organizację pracy potrzebujemy podziału komory na 5 niezależnych sekcji.
6. Nie, z uwagi na to że klucze będą używane przez kilka osób co powoduje zwiększoną możliwość zagubienia klucza i związanej z tym wymiany wkładki.
7. Nie, ponieważ jesteśmy instytucją dbającą o środowisko naturalne, dlatego zwracamy uwagę na oszczędność energii.
8. Nie, ponieważ jesteśmy instytucją dbającą o środowisko naturalne, dlatego zwracamy uwagę na oszczędność energii.
9. Nie, ponieważ jesteśmy instytucją dbającą o środowisko naturalne, dlatego zwracamy uwagę na oszczędność energii.
10. Wolimy zabezpieczenie hasłem, z uwagi stosowany w naszej instytucji system.
11. Nie, ponieważ ta wysokość 150-170 jest bardziej odpowiednia dla stojącego człowieka przeciętnego wzrostu.
12. Nie.
13. Nie, ze względu na ochronę środowiska.
14. Nie z uwagi na dostęp innych osób do urządzenia.
15. Nie.
16. Nie, z uwagi na to że sami możemy filtr wymienić lub go oczyścić, a nie wzywać serwisu.
17. Nie, ponieważ chcemy, aby tylko niektóre osoby były informowane o stanie zamrażarki.
18. Nie.



19. Nie. Folder informacyjny przygotowany przez autoryzowanego dystrybutora oferowanej aparatury, potwierdzający parametry techniczne oferowanego sprzętu może być dostarczony, jako dokument uzupełniający, tylko i wyłącznie pod warunkiem dostarczenia również oryginalnego folderu producenta.
20. Nie.
21. Nie. Kopia oświadczenia wydanego przez producenta oferowanego urządzenia (potwierzonego „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę), które potwierdzi wymagane w niniejszym postępowaniu parametry zamrażarki niskotemperaturowej może być dostarczona tylko i wyłącznie pod warunkiem dostarczenia również oryginalnego folderu producenta.

Pytania - zestaw nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w graficzny wyświetlacz temperatury i alarmów LCD umiejscowiony na wysokości nie niższej niż 150 cm z programatorem zabezpieczonym hasłem? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi dla Zamawiającego typ wyświetlacza.
2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją hybrydową o grubości warstwy izolacyjnej komory 80 mm? Dzięki zastosowaniu systemu ultracienkich paneli próżniowych w połączeniu z pianką PU izolacja oferuje takie same parametry jak wymagane przez Zamawiającego a technologia ta pozwala na lepsze utrzymywanie temperatury wewnątrz zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę ze średnim zużyciem mocy wynoszącym 570W (13,68 kWh/dzień)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma minimalnie mniejsza moc urządzenia.
4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę, w której główny wyłącznik zasilania zabezpieczony jest hasłem, bez możliwości zabezpieczenia wyłącznika alarmu? W przypadku wyciszenia alarmu przez osobę postronną istnieje możliwość podglądu zaistniałych alarmów – zamrażarka wyposażona jest w rejestrator zdarzeń alarmowych z dokładnymi danymi o alarmach, m.in. datą wystąpienia oraz rodzajem. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania z zestawu nr 2:

1. Nie, ponieważ ta wysokość 150-170 jest bardziej odpowiednia dla stojącego człowieka przeciętnego wzrostu oraz dostęp do urządzenia będą miały osoby nieupoważnione.
2. Nie. Interesują nas zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne rozmiary tej zamrażarki.
3. Nie, ponieważ jesteśmy instytucją dbającą o środowisko naturalne, dlatego zwracamy uwagę na oszczędność energii.
4. Nie, wolimy aby nikt z postronnych osób nie wyłączył alarmu, a ponieważ zamrażarka będzie znajdowała się w miejscu odosobnionym i będzie stosunkowo nieczęsto otwierana, możemy nie zauważyć ewentualnego alarmu.

Odpowiedzi na pytania udzieliła:

Patrycja Przygocka