



Łódź, dnia 16.05.2025 r.

WYJAŚNIENIE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na dostawę ciekłego azotu oraz dostawę gazów technicznych z dzierżawą butli dla INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN.

Prośba o wyjaśnienie:

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców wprowadził zapis o czystości dwutlenku węgla 4.5. Według naszej wiedzy na potrzeby zamawiającego nie jest wymagany tak wysoki stopień czystości, wystarczy **dwutlenek węgla do celów spożywczych**, który ma niższy stopień czystości. Ponadto dwutlenek węgla o czystości 4.5 jest znacznie droższy.

Proszę o wyjaśnienie zasadności wprowadzonego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu czystości dwutlenku węgla 4.5 i w tym zakresie modyfikuje poprzednie ustalenia w zakresie wymaganej czystości gazów, które otrzymują treść:

1. Dwutlenek węgla do celów spożywczych
2. Azot 4.0
3. Argon techniczny - 4.6
4. Wodór 4.0
5. Hel 4.0
6. Powietrze sprężone.

Pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20 maja 2025 r. do godz. 15:00 w zakresie części I i II zamówienia

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. NAUKOWYCH
Instytutu Biologii Medycznej PAN

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek