



Łódź, dnia 28.02.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu udzielanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na dostawę System do uzdatniania wody dla INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN.

1. Czy zamawiający dopuści system o ekranach dotykowych 7 cali?

Zamawiający dopuszcza system o ekranach dotykowych 7 cali pod warunkiem, że pozostałe wymagane parametry zostaną spełnione.

DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
(2)