



Łódź, dnia 13.11.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu udzielanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) na dostawę Wirówki laboratoryjnej w zestawie z rotorem 4 x 1000 ml oraz kubelkami dla INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN.

Pytanie 1.

Dot. OPZ, pkt. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnej prędkości wirowania 15 000 obr/min i max względnej sile odśrodkowej 24 400 x g?

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z wirówką rotora horyzontalnego 4 x 1000 ml, który nie osiągnie tak wysokich obrotów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Parametry wymienione w zapytaniu ofertowym dotyczą jednostki napędowej (max. prędkość obrotowa) oraz zestawu kompatybilnych rotorów (max. osiągnięta siła odśrodkowa). W przyszłości planujemy rozbudowę zamawianej wirówki o więcej typów rotorów (np. typu fixed angle). Ograniczenia w prędkości/sile odśrodkowej rotorów wychylnych są nam znane.

Pytanie 2.

Dot. OPZ, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z 9 profilami rozpędzania i 19 profilami hamowania? Zgodnie z wymogiem wirówka będzie posiadała funkcję zatrzymania bez hamowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dot. OPZ, pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o 7 mm głębszą, tj. o gł. 697 mm? Pozostałe wymiary zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jarosław Działek
(2)

