



Łódź, dnia 27.02.2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu udzielanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) na dostawę ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ EKSPRESJI BIAŁEK METODĄ MULTIPLEX ELISA dla INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN.

1. Część III, w punkcie 2 – Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „płytkę do wykonania testów”

Zamawiający zmienia treść Opisu zamówienia na następujący: „Dostawca zestawów użyje Zamawiającemu nieodpłatnie aparat i magnetyczny blok separacyjny (do płytek 96-dołkowych) do wykonania testów oraz zapewni analizę i dostarczenie danych po akwizycji”.

2. Część III, w punkcie 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:
Minimalny termin gwarancji będzie zgodny z terminem ważności odczynników.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Minimalny termin gwarancji odczynników będzie zgodny z terminem ważności odczynników, przy czym minimalny okres ważności odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy”.

3. Część III, w punkcie 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
Bezpłatny instruktaż jednej osoby w siedzibie Zamawiającego, pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego płytki i odczynników do przeprowadzenia tego szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Bezpłatny instruktaż praktyczny jednej osoby w siedzibie Zamawiającego, pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego płytki i odczynników do przeprowadzenia tego szkolenia”

4. Część IV – Termin realizacji
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

Przedmiot zamówienia (płytki i odczynniki) oraz aparat do wykonania oznaczeń zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do 6 tygodni od udzielenia zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. NAUKOWYCH
Instytutu Biologii Medycznej PAN**

Prof. dr hab. Jarosław Działdek