



Łódź, dnia 16.12.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu udzielanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) na dostawę Wirówki laboratoryjnej dla INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną z dotykowym ekranem LCD o przekątnej 4,6" odpornym na zalanie, bez pokręteł umożliwiającich obsługę?

Odpowiedź:

Tak, ekran dotykowy jest w pełni wystarczający.

Pytanie 2.

Pytanie do punktu 18 dotyczący Wymaganych Parametrów: Ile minimalnie w jednorazowym wsadzie Zamawiający chce wirować próbek (wymieniono niżej) z jaką prędkością maksymalną oraz z jakim przyspieszeniem: - Próbki typu eppendorf; - Próbki 15 mL falkony; - Próbki 50 mL falkony.

Odpowiedź:

Wymagana przepustowość na:

Min 4x 50ml Falcon

Min 9x 15ml Falcon

Min 44x Eppendorf

W każdej z tych wersji musi być możliwość osiągnięcia prędkości min 3000g.

Pytanie 3.

Pytanie do punktu 19 dotyczący wymaganych parametrów: czy Zamawiający dopuści wirówkę o masie 110 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wirówkę o masie do 110 kg.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o masie 145 kg?

INSTYTUT



BiolMed

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

w Łodzi

93-232 Łódź
ul. Lodowa 106

tel.: 042 2723633
fax.: 042 2723630

NIP: 982-03-52-085
REGON: 100492431

Zaopatrzenie
tel.: 042 2723623

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki o masie 145 kg.


Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie realizacji zamówienia? Jeśli tak to do jakiego czasu będzie można wydłużyć termin?

Odpowiedź:

Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia do końca stycznia 2025 r.

DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk


Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
(2)