



21.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oferentów:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku – zadanie 11. ZP 18/2011.

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do OPZ poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie probówek 1,5ml różnokolorowych w wersji niesterylnej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza probówki różnokolorowe w wersji niesterylnej.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do OZP poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następujących probówek typu Eppendorf: wykonane z PP, bezbarwne. Probówka posiada z boku matową część do opisu. Stożkowe dno o wysokiej przejrzystości pozwala na dokładne pobranie płynu z dna. Probówka posiada przymocowane wieczko. Probówka odporna na gotowanie i autoklawowanie w temp. 121 st. C. Wysokość probówki 39mm, średnica 10.8mm, Probówki wolne od DNA i RNaz i endoksyn. Probówka niesterylna.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2

Zamawiający dopuszcza probówki wg specyfikacji Wykonawcy umieszczonej powyżej.

Dr Andrzej Zaborowski

DYREKTOR

Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
(2)

